QUEEN DENTAL

Торговое название: Endomax kit
Описание продукта:
Цемент для пломбирования корневых каналов
Показания к применению:
Пломбирование каналов всех групп зубов (с использованием гуттаперчевых штифтов).
Состав:
Порошок: гидрокортизон ацетат, наполнитель:дииодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния.
Жидкость: эвгенол, масло перечной мяты, анисовое масло)
Способ применения:
Зуб должен быть хорошо изолирован (с помощью ватных валиков или коффердама) После тщательной обработки канала, его дезинфекции с помощью антисептического раствора, с последующим промыванием и высушиванием бумажными штифтами, подготовить пасту.
Перед замешиванием встряхните порошок для обеспечения равномерного распределения однородной массы. Пасту готовят на блокноте или стеклянной пластине. Порошок и жидкость тщательно перемешивают до получения мягкой пасты (консистенция сметаны).
Для получения хороших результатов рекомендуется смешивать 2 частей порошка (отмеренных мерной ложкой) с 3-6 каплями жидкости.
Приступить к заполнению канала с помощью каналонаполнителя и ввести в канал один или несколько предварительно приготовленных штифтов. Готовую пасту вводят двумя-тремя порциями в подготовленный корневой канал.
Комплектация:
1 шт х 15 г порошка
1 шт х 10 мл жидкости
1шт ложка
1 шт блокнот для замешивания
1 шт х инструкция по применению
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Риск аллергии на любой из компонентов, особенно в случае контакта с деснами. Не использовать не по назначению.
Меры предосторожности:
Избегать длительного контакта с кожей, глазами и мягкими тканями. После контакта тщательно промойте водой. Не использовать со стоматологическими материалами на основе метилметакрилата. Не применять для фиксации композитных реставраций.
Условия хранения:
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4 до+24° С.
Срок годности :
3 года с даты изготовления.
Утилизация:
Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

Производитель:

Queen Dental GmbH
Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany
Нэо штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия
Телефон: +49 36929 139999
E-mail: sales@queendental.de